

OGGETTO: RITIRO LOTTO GLUCOMETRO ACCU-CHEK GUIDE (938807599)

Roche comunica il ritiro del lotto 31199447*, seriale 92539374976, del prodotto in oggetto, che restituisce un valore di glicemia con un'unità di misura differente da quella indicata in etichetta.

La ditta chiede di interrompere l'utilizzo e la distribuzione dei dispositivi coinvolti.

ⁱ In caso di acquisto del prodotto presso la nostra piattaforma Le chiediamo di comunicarlo, compilando il modulo al nostro Customer Service al seguente link: <https://farmacieitaliane.my.site.com/LoretoCustomerCommunity/s/>